

	<b>PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA - PTE</b>			<b>Nº PTE</b> <b>013/2023</b>
	<b>Data Emissão:</b> 17.07.2023	<b>Data da Validade:</b> 17.07.2024	<b>Página:</b> 1 de 1	
<b>ÁREA EMITENTE:</b> ENGENHARIA CLÍNICA - MECMED ENGENHARIA LTDA				
<b>ASSUNTO:</b> AVALIAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO CONF. EDITAL CP 004/2023				
<b>CLIENTE FINAL:</b> CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA				

## OBJETIVO:

Este Parecer Técnico de Engenharia avalia, a pedido do solicitante Casa de Saúde Santa Marcelina, sob o nome fantasia de Hospital Santa Marcelina, CNPJ nº 60.742.616/0002-40, com sede na Rodovia BR 364 KM17, nº 1445 - Zona Rural ; Cep: 78900-970 - Porto Velho RO, as condições para a escolha do equipamento para aquisição junto ao EDITAL CP 004/2023.

## OBJETO DA AVALIAÇÃO:

O objeto principal de interesse deste parecer é a compra de (16) dezesseis Bombas de Infusão de Dieta Enteral para atender os leitos do hospital, presente no endereço na Rodovia BR-364 KM-17, 1445 - Zona Rural, CEP 78.900-970 Porto Velho - RO, de propriedade da Casa de Saúde Santa Marcelina.

## PARECER TÉCNICO:

### 1. BOMBA DE INFUSÃO DE DIETA ENTERAL

" Peristáltico circular, indicação de uso: Adulto e pediátrico... "

#### 1.1 Parecer técnico:

Visto que os equipamentos ofertados pelas empresas concorrentes nesse processo de licitação atendem as especificações exigidas e descritas no edital como citado acima, foi utilizado como **critério de escolha** das propostas a **proposta mais vantajosa** para o hospital, onde por sua vez consideramos a Bomba de Infusão YONAH da Marca CMOS DRAKE, visto que sua autonomia de uso fora da tomada é de 9hs, bem superior as outras propostas, sendo a que atende os requisitos (iii) Técnica e Preço.

#### 1.2 Conclusão:

Por tudo quanto foi analisado, concluí-se que a escolha Bomba de Infusão da Marca CMOS DRAKE, modelo YONAH é a melhor opção de compra, pois, atende todos os requisitos do edital e ainda fornece outras opções que se faz mais vantajosa para o hospital.

## RESUMO DO PROCESSO:

Após as devidas análises que nos cabiam, o quadro geral sob o viés da engenharia clínica ficou:

"A Norte Médica encontra-se apta para o fornecimento da Bomba de infusão da marca CMOS DRAKE MODELO YONAH conforme descrito no edital CP 004/2023 por estar dentro dos parâmetros exigidos pelo edital e legislação vigente, sendo então liberado para o fornecimento". Com tudo fica à critério do hospital a escolha do fornecedor.

Sendo o que nos apresentava para o momento, assinamos este documento e ficamos a disposição para qualquer esclarecimento adicional que nos couber,

Porto Velho, 17 de Julho de 2023



Eng. Marcelo Nunes de Souza  
CREA - 15004-D/RO