



**DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS  
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 004/2019  
CONVENIO 001/PGE-2021**

Reuniram-se os membros da Comissão Julgadora de Licitação da Casa de Saúde Santa Marcelina para tratar da seguinte pauta: **análise e julgamento dos recursos de proposta na licitação Edital N°004/2021** apresentadas via email, pelas empresas abaixo:

a casa de saude tambem vem informar que após a reanalise das proposta juntamente com os recurso apresentados vem a publico declara e reticar o aviso de jugamento das prosposta pois anteriormente havia publicado que a empresa ganhadora seria a empresa **KSS comercio e industria de equipamentos, medicos Ltda**. No entanto após renalise juntamente com a comissão de licitantes, desclassifica a empresa, por motivo de seu valor excessivo, assim acatando (com observações) os recursos que resaltaram em seus altos o valor da proposta apresenta que seria a empresa ganhadora, sendo assim se faz ganhadora a empresa **PROENÇA COMERCIAL EIRELI**

. Aos recursos sobre o **Item 2: Cama Hospitalar Fawler:**

<b>EMPRESA</b>	<b>Mika Mancini Ltda (Medword)</b>
<b>RECURSO</b>	<b>INDEFERIDO</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Em resposta ao recurso apresentado pela empresa <b>Mika Mancini Ltda Medword</b> a Comissão da Casa de Saúde Santa Marcelina optou por indeferir o pedido, tendo em vista que a proposta apresentada nesse edital 004/2021 e o valor unitario do item <b>2: Cama Hospitalar Fawler R\$6.483,00</b>	



<b>EMPRESA</b>	<b>Hospitalar Hospimental LLtda-EPP</b>
<b>RECURSO</b>	<b>INDEFERIDO</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Em resposta ao recurso apresentado pela empresa <b>Hospitalar Hospimental LLtda-EPP</b> a Comissão da Casa de Saúde Santa Marcelina optou por indeferir o pedido, <b>2: Cama Hospitalar Fowler</b> tendo em vista que a mesma apresentou duas proposta em sua 1º proposta a cama no valor unitario de R\$ 3.500,00 sendo que a mesma não acompanhava o colchão, e a 2º proposta com colchão, porem, o valor unitario de R\$ 5.620,00 004/2021	

<b>EMPRESA</b>	<b>Proença Comercial Eireli</b>
<b>RECURSO</b>	<b>ACEITO/ACATADO</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Em resposta ao recurso apresentado pela empresa <b>Proença Comercial Eireli</b> a Comissão da Casa de Saúde Santa Marcelina optou por ACEITAR o pedido, <b>2: Cama Hospitalar Fowler</b> tendo em vista que a mesma apresentou duas proposta em sua a proposta da cama com o menor valor R\$4.700,00 , por tudo quanto foi reanalisado, concluí-se que a escolha cama da marca ORTOMED MODELO OM202.55 é a melhor opção de compra, pois, atende todos os requisitos do edital e ainda e ainda tem o menor valor.	

Ao recurso Item **1: Monitor Multiparâmetro:**

A empresa **Philis Medical Systems Ltda**, alega:

*“O modelo ofertado pela empresa R&D Mediq, RD15M não possui possibilidade de monitoramento do parâmetro de índice de Sedação*



Anestésica, conforme comprova-se pelo manual de usuário registrado na Anvisa, ilustrado na página 28”

EMPRESA	Philips Medical Systems Ltda
RECURSO	<b>INDEFERIDO</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Em resposta ao recurso apresentado pela empresa <b>Philips Medical Systems Ltda</b> a Comissão da Casa de Saúde Santa Marcelina optou por <b>indeferir</b> o recurso po motivo de que o edital 004/2021 publicado em 02/06/2021, não pede em sua especificações as quais citadas pela empresa <b>Philips Medical</b> .	
<b>O que foi solicitado em edital: “item 1 Monitor Multiparâmetro 5 parâmetros básicos: ecg/resp/spo2/pni/temp- estrutura mista ou modular/de 14 a 20- pressão invasiva (pi): possui capnografia / agentes anestésicos / índice de sedação anestésica: mét. Aspir. De baixo fluxo: até 50ml/min / sem agentes anestésicos / sem índice de sedação anestésica”</b>	
<b>No entanto optamos a compra da empresa RD Mediq equipamentos pois ofertou o meno valor R\$22.500,00 e o mesmo atende o requisitos do edital</b>	

Visto que os equipamentos ofertados pelas empresas concorrentes nesse processo de licitação atendem as especificações exigidas e descritas no edital como citado acima, foi utilizado como **critério de escolha** das propostas **a proposta mais vantajosa** para o hospital e com o menor preço ja que tos atendia em requisitos.

Após as devidas análises que nos cabiam, o quadro geral sob o viés da comição de licitação da CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA **A Proença Comercial** encontra-se apta para o fornecimento Cama da marca ORTOMED MODELO OM202.55 conforme descrito no edital CP 004/2021 por estar dentro dos parâmetros exigidos pelo edital e legislação vigente, sendo então liberado para o fornecimento, assim se faz o mesmo na compra do **Monitor Multiparâmetro** fazendo a empresa **RD Mediq equipamentos Serviços especializados Ltda** a vencedora do item citado.



Porto velho, 02 de julho de 2021.



---

**Lina Maria Ambiel**  
**Diretora**  
**Casa de Saúde Santa Marcelina**