



## PLANO DE TRABALHO

### 1. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Proponente <b>CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA</b>				CGC 60.742.616/0002-40
Órgão / Entidade Executor <b>FUNDO MUNICIPAL DE</b>				CGC
Endereço <b>Rodovia BR 364 KM 17 – Cx. Postal 313</b>				
Cidade <b>Porto Velho</b>	U. F. <b>RO</b>	CEP <b>76.801-974</b>	DDD / Telefone <b>(69) 3218-2213</b>	E. A.
Conta Corrente N.º <b>130.428-3</b>	Banco <b>B/B Brasil</b>	Agência <b>0102-3</b>	Praça de Pagamento <b>Porto Velho</b>	
Nome do Responsável <b>LINA MARIA AMBIEL</b>				C. P. F. 664.157.728-72
C. I. / Órgão Exp. <b>6.894.368-4 SSP/SP</b>	Cargo <b>Diretora</b>	Função <b>Diretora Local</b>	Matrícula	
Endereço <b>Rodovia BR 364 KM 17 – Cx. Postal 313</b>				CEP 76.801-974

### 2. OUTROS PARTÍCIPES

Nome	C. G. C. / C. P. F.	E. A.
CEP		

### 3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO	TÉRMINO
<b>QUALIDADE DE TRABALHO NA HIGIENIZAÇÃO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL SANTA MARCELINA</b>	ALR/2022	180 dias ALR



#### IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Aquisição de duas (2) maquina de lavar/equipamento 60kg para a lavanderia do hospital santa marcelina, a fim de atender à demanda de lavagens , e garantir/ manter a qualidade de higienização do enxoal hospitalar.

**JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:** A Casa de Saúde Santa Marcelina, Entidade Beneficente sem Fins Lucrativos, registrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde CNES Nº 2807092 é hospital geral, esfera privada, gestão estadual, presta apoio ao Município de Porto Velho Na sua unidade hospitalar Dr. Marcello Candia, possui 156 leitos, sendo 130 destinados a atendimento SUS, presta atendimento ambulatorial de média complexidade, internação, atendimento de demanda espontânea, através de convênio com o Sistema Único de Saúde - SUS, realiza prestação de assistência médica hospitalar em regime de ambulatório e internação nas áreas: Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia, Fonoaudiologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Hanseníase, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria Clinica, Urologia, Psiquiatria e Cabeça e Pescoço. Estes atendimentos são destinados a todos os municípios do estado de Rondônia e estados vizinhos como Amazonas e Acre e busca cobrir o máximo possível a demanda existente. A atuação da Casa de Saúde Santa Marcelina no atendimento à população de baixa renda, tem reconhecimento público pela excelência dos serviços prestados e por prezar pelos princípios do SUS a universalidade, equidade, integralidade e resolutividade. Atualmente, o Hospital Santa Marcelina é classificado como Hospital de Referência em Hanseníase, Serviço de Órteses e Próteses e Materiais Especiais em Reabilitação. Objetivando prestar assistência integral à saúde da população Tem como missão atender mensal, em torno de 819 pacientes, 82 cirurgias SUS e 164 cirurgia ortopédicas, exames 43.130 e 382 internações clínicas, 203 internações cirúrgica e 82 cirurgia ortopédica, destina cerca de 87% de sua capacidade operacional aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS em conjunto de esforços entre o Estado e a entidade, através do Convênio para complementação do custeio para aquisição de Material de Consumo, Prestação de Serviços.

A Casa de Saúde Santa Marcelina objetivando prestar assistência integral à saúde da população, visa substituir equipamentos defasados para o setor de lavanderia onde serão atendidos pacientes internos do Hospital Santa Marcelina, para melhoria de um enxoal limpo proporcionando qualidade na higienização.

A **lavanderia hospitalar** é um dos serviços de apoio ao atendimento dos pacientes, responsável pelo processamento da roupa e sua distribuição em perfeitas condições de higiene e conservação, em quantidade adequada a todas as unidades do hospital. com tudo isso exposto se faz necessário a compra de 2 unidades de **LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR AUTOMÁTICA 60 kg**, visto que, atualmente o hospital conta com 3 máquinas de lavar roupa em sua lavanderia, entretanto (02) DUAS das lavadoras existentes no hospital estão obsoletas, com defeito e seu reparo se torna inviável devido à falta de peças e o custo muito elevado.

Diante a situação exposta acima se faz necessário a aquisição de (02) DUAS LAVADORAS NOVAS para **substituir as existentes com defeito** (segue anexo 1 o levantamento de enxoal lavado durante 30 dias e anexo 2 imagens das máquinas na lavanderia do Hospital Santa Marcelina). Torna-se necessário a aquisição desses equipamentos visto que ao adquirir esses novos equipamentos modernos e econômicos, de modo a alcançar para a economia financeira e qualidade de higienização no enxoal até o seu destino

**Objeto geral:**

Atender e manter a demanda de higienização das roupas na lavanderia hospitalar, os equipamento serão **substituídos**, visto que das lavadoras existentes no hospital (02) DUAS estão obsoletas, com defeito.

**4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)**

<b>OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Manter serviços de lavanderia para usuarios SUS (internados)</b>				
<b>METAS QUANTITATIVAS</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>CÁLCULO</b>	<b>AVALIAÇÃO</b>	
			<b>INÍCIO</b>	<b>TERMINO</b>
Aquisição de 2 duas Lavadora Extratora Hospitalar Automática 60 kg para <b>substituição</b> das maquinas defazadas.	Manter a media diaria de 270 kg de roupas lavadas	270KG diarios / 60KG em cada Lavadora Extratora Hospitalar Automática	ALR	180 dias
<b>METAS QUALITATIVAS</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>CÁLCULO</b>	<b>AVALIAÇÃO</b>	
			<b>INÍCIO</b>	<b>TERMINO</b>
Aquisição para <b>substituição</b> para o setor de lavanderia	Media de 270Kg de roupa ( media diárias)	Com essas aquisições o hospital volta a somar 3 máquinas lavadora fazendo com que os 270 kg por dias sejam lavados todos em um dia, dividindo essa em cada máquina de lavar fazendo assim com que a equipe de lavanderia não fique esperando as lavagens para finalizar o processo para começar engomar/passar o enxoval	ALR	180 DIA

ITEM	ETAPA/FASE	DURAÇÃO	
		INICIO	TERMINO
1	Aquisição de 2 (duas) <b>LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR AUTOMÁTICA</b> Capacidade do cesto 60 Kg., com Estrutura Interna Em Aço Inoxidável; Funcionamento Automático com dosagem Programada para Sabão e Amaciante; Tensão 220 V (Atender As Normas Da Anvisa).	ALR	<b>180 dias ALR</b>
2	POP (Procedimento operacional padrão)		
3	Quanto a utilização do bem para posterior fiscalização do Concedente: atraves de formulario/ralatorio/indicador mensal interno do hospital		

## 5. PLANO DE APLICAÇÃO (EM R\$ 1,00)

Código	Natureza da Despesa Especificação	Concedente	Proponente	Total
4490-52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 292.466,67	R\$	R\$ 292.466,67
<b>Total Geral</b>		R\$292.466,67	R\$	R\$ 292.466,67

## 6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE

### Exercício 2021

META	PARCELA ÚNICA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	R\$ 292.466,67					
META	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS
I						

PROONENTE (contrapartida)

### Exercício 2021

META	PARCELA ÚNICA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
	R\$ 00,00					
META	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS



## 7. DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Governo do Estado de Rondônia que inexiste qualquer débito de mora ou situação de inadimplência com o tesouro estadual ou qualquer órgão ou entidade da administração pública estadual e municipal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

PVH - RO,21 de dezembro de 2021

Data

Lina Maria Ambiel  
Diretora  
Casa de Saúde Santa Marcelina



 <b>CLIN ENG</b> ENGENHARIA CLÍNICA & HOSPITALAR	<b>PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA - PTE</b>		
Data Emissão:	Data da Validade:	Página:	Nº PTE
30.11.2021	30.11.2022	1 de 1	011/2021
ÁREA EMITENTE:	ENGENHARIA CLÍNICA - CLIN ENG SERVIÇO DE ENGENHARIA		
ASSUNTO:	AVALIAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE LAVADORA EXTRATORA DE ROUPAS E CENTRIFUGA		
CLIENTE FINAL:	CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA		

#### OBJETIVO:

Este Parecer Técnico de Engenharia avalia, a pedido do solicitante Casa de Saúde Santa Marcelina, sob o nome fantasia de Hospital Santa Marcelina, CNPJ nº 60.742.616/0002-40, com sede na Rodovia BR 364 KM17, nº 1445 - Zona Rural ; Cep: 78900-970 - Porto Velho RO, as condições para a aquisição de equipamentos novos para o setor de lavanderia do hospital.

#### OBJETO DA AVALIAÇÃO:

O objeto principal de interesse deste parecer é a compra de (02) duas Lavadoras Extratoras de roupa e (01) Centrífuga para atender a higienização das roupas do hospital, presente no endereço na Rodovia BR-364 KM-17, 1445 - Zona Rural, CEP 78.900-970 Porto Velho - RO, de propriedade da Casa de Saúde Santa Marcelina.

#### PARECER TÉCNICO:

##### 1. LAVADORA DE ROUPA

A Lavadora Extratora Hospitalar lava, enxágua e centrifuga roupas sujas e contaminadas, atende todas as normas ambientais, com economia de água e insumos, necessitando de poucos recursos para lavar as roupas, o que otimiza e facilita bastante a mão de obra. Esse equipamento deverá atender todas as exigências sanitárias impostas e supervisionadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

##### 1.1 Parecer técnico:

Visto que das lavadoras existentes no hospital (02) DUAS estão obsoletas, com defeito e seu reparo se torna inviável devido a falta de peças e o custo muito elevado, solicito a aquisição de (02) DUAS LAVADORAS NOVAS para substituir as existentes com defeito. Abaixo segue imagem da lavadora em questão.



BR 364, km17 - Zona Rural| Porto Velho - RO | +55 69 3218-2211

[www.santamarcelina.org](http://www.santamarcelina.org)

**RESUMO DO PROCESSO:**

Após as devidas análises que nos cabiam, o quadro geral sob o viés da engenharia clínica ficou:  
"A aquisição de novos equipamentos será a melhor opção para o bom funcionamento do setor de lavanderia, contribuindo diretamente no fornecimento de roupas limpas (Vestimentas para cirurgias, roupa de cama para os leitos, panos para CME, etc.) atendendo todos os setores do hospital.

Sendo o que nos apresentava para o momento, assinamos este documento e ficamos a disposição para qualquer esclarecimento adicional que nos couber,  
Porto Velho, 30 de Novembro de 2021



Eng. Marcelo Nunes de Souza  
CREA - 15004-D/RO